



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM 2025/2028

Rua Vigário Antunes, 155 – Centro – 35.550-000 – Tel. (37)3341-8500

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 055/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, materiais de escritório e de informática para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Itapecerica, a serem custeados com recursos próprios do Município de Itapecerica, bem como com recursos transferidos por força da Resolução SES/MG nº. 9.477/2024.

Pelo presente termo, em face de impugnação e em vista de parecer técnico exarado pela Secretaria Municipal de Saúde, esta Pregoeira Municipal decide RETIFICAR, por falha na especificação, o **Item 21** constante do Anexo I do edital, onde se lê:

DESFIBRILADOR, de uso externo: possui sincronismo, tipo bifásico, suporte/teste para pás, pás internas e bateria. Desfibrilação adulto/externa: - Escalas: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. - Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis. Duração: - Bateria em boas condições com carga plena - mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules. - Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Forma de onda: - Exponencial truncada bifásica. - Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente Display de Cristal líquido. Indicação de nível de bateria: - Sim. REGISTRO ANVISA.

leia-se:

DESFIBRILADOR, de uso externo: possui sincronismo, tipo bifásico, suporte/teste para pás e bateria. Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50 J com pás infantis. Duração: Bateria mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Display de Cristal líquido. Indicação de nível de bateria: sim. REGISTRO NA ANVISA.

Em consequência, prorroga-se a data da sessão para o dia **23/06/2025**, com início às 13h00. Local: <https://comprasbr.com.br/>.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições dispostas no edital. Ficam todos os interessados comunicados da presente retificação e em obediência ao princípio da publicidade, o aviso de retificação será divulgado nos mesmos veículos e forma que se deu o extrato do edital. O Edital está disponível no site www.itapecerica.mg.gov.br.

Itapecerica/MG, 29 de maio de 2025.


Andréa Vilano Guimarães
Pregoeira Municipal